

Stimmgabel nach Rydel-Seiffer

Die neurologische
Stimmgabel mit Dämpfer
und Fuß C 64 / c 128

Hersteller: Arno Barthelmes, Tuttlingen



Diese Stimmgabel wird zur Feststellung eines gestörten Vibrationsempfindens, der Pallaesthesie verwendet. Sie dient auch zur Diagnose der Polyneuropathien (Nervenerkrankung), welche sich in einer Herabsetzung der Vibrationsempfindlichkeit äußert. Dieses Krankheitsbild findet man in folgenden Fällen:

- Stoffwechselstörungen wie Diabetes
 - Toxische Nervenschädigungen wie Alkoholismus
- Bakterielle Nervenentzündungen

www.stimmgabel.info